

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Wir **Kirchgaesser Industrieelektronik GmbH** Am Rosenbaum 6 D 40882 Ratingen
We

erklären in alleiniger Verantwortung als Hersteller, dass das Produkt:
declare under our sole responsibility as manufacturer, that the product:

Durchfluss-Messgerät / Flow meter
MID-EX-GL

den folgenden Europäischen Richtlinien entspricht:
conforms with the following European directives:

2014/30/EU (EMC)
2014/34/EU (ATEX)

Die folgenden harmonisierten Normen wurden angewandt:
The following harmonized standards have been applied:

- EN 50303:2000
- EN 60079-0:2012+A11:2013
- EN 60079-11:2012
- EN 61326-1:2013
- EN 61326-2-3:2013

Baumusterprüfbescheinigung Nr.: **BVS 09 ATEX E 020**
Type Examination Certificate No.:

Ausgestellt von: **DEKRA Testing and Certification GmbH, Germany (0158)**
Issued by:

Qualitätssicherung: **DEKRA Certification GmbH, Germany (0158)**
Quality assurance:

Ratingen, 12.07.2019



Norbert Kirchgaesser
Geschäftsführer / managing director